

临床检查参考区间

尿液分析 (CLINITEK—500)			生效日期: 2013-10-01
			失效日期: NA
Items	检查项目	参考值	单位
SG	比重	1.005-1.030	
PH	酸碱度	5.0-8.0	
WBC	白细胞 (中性粒细胞酯酶)	<15	Cells/ μ l
NIT	亚硝酸盐	NEG	
PRO	蛋白质 (白蛋白)	NEG	g/L
GLU	葡萄糖	NEG	mmol/L
KET	酮体	NEG	mmol/L
UBG	尿胆原	3-16	μ mol/L
BIL	胆红素	NEG	μ mol/L
BLD	红细胞 (潜血)	<25	Cells/ μ l

修订
2019.4.28