


临床检查参考区间

vWF:Ag		生效日期: 2013-04-09	
		失效日期: NA	
Items	检查项目	参考值	单位
vWF:Ag	O 型	42.0-140.8	%
	非 O 型 (A+B+AB 型)	66.1-176.3	%


2019.4.28